

	
ESTADO DE SANTA CATARINA	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TIUCAS	
CNPJ: 11.607.006/0001-48	
Telefone: (48) 3263-0276	
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 165 - Centro	
CEP: 88200-000 - Tiucas	
Pregão Presencial Registro	21/2021
Numero Processo:	48/2021
Data do Processo:	23/11/2021

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO LABORATÓRIO VANDERLEI FRANCISCO DE FARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TIUCAS/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2021

Reuniram-se no dia 07/12/2021, as 08:04 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 180/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 48/2021 na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Foi recebido os envelopes contendo a proposta e a documentação da empresa interessada, com as cautela de estilo procedeu-se à abertura do envelope da proposta por ele apresentado. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e o presente, foi lançado no sistema a proposta apresentada. Após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados ao item pretendido estavam em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economia e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitação do interessado, que estando em sintonia às regras editalícias e legais foi considerada conforme descrição abaixo o vencedor do item. Concedida à palavra aos participantes para manifestarem intenção de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4º, lei 10.520/2002. Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregão Presencial Registro de Preço nº 021/FMS/2021. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constam ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei. Para firmeza e validade do pactado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Participante: PRONTOLAB EQUIP. E PROD. CIENTÍFICOS LTDA

Item	Especificação	Qtde.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, COM 1,000 UND	172.000,0000	172.000,00			

PROTÓCOLO PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICADA "TOTALMENTE AUTOMATIZADO SEM NECESSIDADE DE AUXÍLIO HUMANO" COM A HEMÓLISE SENDO REALIZADA PELO EQUIPAMENTO. - ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO,

- Analisador Automático de Bioquímica
- Computador + Software
- Monitor de Vídeo
- Kit de Instalação
- Osmose Reversa Mod. RO 420 (Estação de água)

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, COM PROTÓCOLO PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICADA "TOTALMENTE AUTOMATIZADO SEM NECESSIDADE DE AUXÍLIO HUMANO" COM A HEMÓLISE SENDO REALIZADA PELO EQUIPAMENTO

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

1 VELOCIDADE
1.1 Velocidade de no mínimo a 180 testes fotométricos por hora.
2 MÓDULO ISE
2.2 Equipamento deve possuir possibilidade de instalação de módulo ISE (sódio, potássio e cloro) elevando a velocidade para no mínimo 390 testes/hora.
3 REAGENTES
3.1 Quantidade de carga acima de 40 reagentes
3.2 Mono e bivalentes
3.3 Refrigeração (2 a 15 graus)
3.4 Detector de nível de líquidos
4 AMOSTRAS
4.1 Rotor de amostras e controles com no mínimo 40 posições
4.2 Realização de diferentes testes simultâneos, acesso aleatório
4.3 Deve aceitar amostras de urgência (STAT), liberando o resultado assim que terminado o teste e, posteriormente, retornar a rotina sem descontinuar
4.4 Rotor que aceite tubos primários ou secundários para amostras de pacientes e/ou calibradores e/ou controles com, no mínimo, 40 posições simultâneas com carregamento contínuo
4.5 Leitor de código de barras
5 MEDICAO
5.1 Fotometria de absorvância (enzimas e substratos), turbidimetria, (potenciometria de eletrodo ion-seletivo opcional)
6 IDENTIFICACAO
6.1 Posição e/ou código de barras
7 METODOLOGIA
7.1 Ponto final, cinética e tempo fixo; leitura mono e bicométrica; calibração multiponto linear e não linear; modo de calibração linear (um ponto ou multipontos)
logit/log 4, logit/log 5, exponencial e polinomial
7.2 Sistema aberto para reagentes podendo também trabalhar com reagentes pronto para uso com protocolos de automação e metodologia definidos pelo usuário
8 BOMBA DE SUCAO
8.1 Equipamento deve possuir sistema que substitua a bomba peristáltica
9 SISTEMA DE LAVAGEM
9.1 Lavagem da(s) sonda(s) automática(s) interna e externa
9.2 Rotor de reação com no mínimo 40 cubetas autolaváveis
9.3 Sistema lavador das cubetas que funcione automaticamente tomando as cubetas reutilizáveis, sem intervenção do operador
9.4 Baixo consumo de água (inferior a 10 litros/hora)
10 SISTEMA DE LEITURA
10.1 Volume para leitura entre 100 e 500L
10.2 Temperatura de operação 37° C ± 0,1
10.3 Fonte de luz: lâmpada de halogênio-tungstênio
10.4 Fotômetro de óptica reversa com grade de difração, no mínimo 08 comprimentos de onda (entre 340 a 800nm)
11 CONTROLE DE QUALIDADE
11.1 Software de controle de qualidade: Westgard multi-regras e/ou Levey-Jennings;
12 SOFTWARE E MEMORIA
12.1 Software operacional com opção de armazenamento de resultados passados e completo banco de dados para controle de qualidade; sistema operacional em ambiente Windows ; capacidade de interfaceamento bidirecional
13 VOLTAGEM
13.1 Voltagem 220V O equipamento deverá ser

Total do Participante: 172.000,00
Total Geral: 172.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 07/12/2021

ELISAMA FREITAS

MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

PRONTOLAB EQUIP. E PROD. CIENTIFICOS LTDA

MARTA HELENA DE SOUSA MATOS

Marta Helena de Sousa Matos.

Adrielli da Silva

Gláucia J. Bitencourt de Amorim

Elisama Freitas